

温室气体分析仪

型号	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	H ₂ O	NH ₃	CO
G2301	X	X		X		
G2401	X	X		X		X
G2401-m	X	X		X		X
G2508	X	X	X	X	s	
G2509	X	X	X	X	X	
PI5310			X	X		X

痕量气体分析仪

型号	CO ₂	CH ₄	H ₂ O	NH ₃	H ₂ CO	H ₂ O ₂	H ₂ S
G2204		X	X				X
G2307		s,sur	X		X		
PI2103	s,sur		X	X			
PI2124		s,sur	X			X	

气体同位素分析仪

型号	CO ₂		CH ₄		H ₂ O				N ₂ O			
	[CO ₂]	δ ¹³ C	[CH ₄]	δ ¹³ C	[H ₂ O]	δ ² H	δ ¹⁸ O	δ ¹⁷ O	δ ¹⁵ N	δ ¹⁵ N _α	δ ¹⁵ N _β	δ ¹⁸ O
G2131-i	X	X	X		X							
G2201-i	X	X	X	X	X							
PI5131-i									X	X	X	X
L2130-i			s		X	X	X					
L2140-i			s		X	X	X	X				

X 表示主要测量，s 表示辅助测量。

sur 表示为验证仪器性能而使用的验证气体，其作为客户的测量目标有用与否则取决于精度要求。

所有仪器均可进行水汽测量，以便进行校正。